



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Эндоскопическая видеонформационная система			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Не относится к СИ			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
3	Требования к комплектации	Основные комплектующие			
				Наличие встроенной цветной ПЗС матрицы в дистальном конце. Наличие подсветки на светодиодах Наличие направление обзора не более 0о (прямой обзор) Угол поля зрения , не более 145о Глубина резкости не уже 3-100 мм Диаметр дистального конца не уже 13,2 мм Диаметр вводимой трубки 12,8 мм Диаметр внутреннего канала 3.7 мм Углы изгиба рабочей части 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо Длина рабочей части не менее 1680 мм Общая длина не более 1995 мм Минимально видимое расстояние от	1 шт.

			инструмента до дистального конца 4 мм Автоклаивание клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 4 программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Наличие герметичного электронного коннектора	
	<i>Дополнительные комплектующие</i>			
	1	Щипцы для биопсии	Совместимость с инструментальным каналом не более 3,2 мм Длина инструмента не менее 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями Наличие механизма «Качающиеся бранши» Наличие конструкции без иглы, наличие пластиковой оплетки вводимой части Наличие стерильности, наличие количество в упаковке не менее 20 штук	1 шт
	<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>			
4	Требования к условиям эксплуатации	Колебания частоты В пределах ± 1 Гц Номинальная потребляемая мощность 120 В•А Размеры 295 (Ш) x 111 (В) x 390 (Г) мм Размеры (максимум) 305 (Ш) x 111 (В) x 415 (Г) мм Вес 6,8 кг		
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения		
6	Срок поставки МТ и место дислокации	90 календарных дней Адрес: ЛПУ Республики Казахстан		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Срок гарантийного обслуживания медицинской техники 37 месяцев, поставщик должен в течение этого срока 5 раз провести техническое обслуживание оборудования. Услуги по монтажным, пусконаладочным работам и техническому обслуживанию будут проведены сервисной службой, имеющей допуск от производителя оборудования или его уполномоченного юридического лица.		

парак тігілді, нөмірленді _____

ШЖК «№13 қалалық емхана» МКК
Д.М. Закарьянова
директор