

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с тендерными заявками, по закупу медицинских изделий
(медицинской техники) на 2023 год

г. Астана

09.00 часов
«31» октября 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель Комиссии:

Закарьянова Л.Л.- директор

Члены тендерной комиссии:

Тунгатова Алмауль Бектасовна – главный бухгалтер;

Ахметова Альбина Сржантовна – бухгалтер материального стола;

Сагадиев ИльфатТалгатович – врач – эпидемиолог;

Шамшуали Алма Халиллолаевна – Заведующий КДО

Узакбаева Маржан Жалгасовна – главная медицинская сестра;

Тилекбаева Гахар .Бекмурзаевна – старшая медицинская сестра КДО;

Карим Ербол Аманжолович – юрист;

Секретарь тендерной комиссии

Шагирова.Гульжан Султановна– менеджера по государственным закупкам

30 октября 2023 года в 09 часов 00 минут (по времени Астана) по адресу: город г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 11/2 каб 320, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу медицинской техники на 2023год.

Сумма, выделенная для закупки: 37 256 371,0 (тридцать семь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят один тенге 00 тиын), в том числе:

№ лота	Наименование лота	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1	Электроэнцефалограф	1	16 300 000,0	16 300 000,0
2	Видеогастроскоп	1	13 115 871,0	13 115 871,0
3	Аппарат электрохирургический	1	7 840 500,0	7 840 500,0
Итого		3	37 256 371,0	37 256 371,0

2. Заявки на участие в тендере, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки
1	ТОО «SBK Standard»	010000, РК, г.Астана, район «Нура», ул.Сығанак,48а, кв.32	27 октября 2023 года, 16 часов 01 минут.
2	ТОО «ADICom Ltd»	010000, РК, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 42, кв.341	27 октября 2023 года, 16 часов 45 минут.
3	ТОО «Import MT»	010000, РК, г.Астана, ул.Брусиловского 24/1	30 октября 2023 года, 08 часов 59 минут.

3. После истечения окончательного срока тендерные заявки не представлялись.
4. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат данные согласно приложению 1 к настоящему протоколу:
5. Предоставлены ценовые предложения следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование потенциального поставщика	Номера лотов	Цена
1	ТОО «ADICom Ltd»	1	16 300 000,0
2	ТОО «SBK Standard»	2	13 115 871,0
3	ТОО «SBK Standard»	3	7 840 500,0
4	ТОО «Import MT»	3	6 850 000,0

6. Тендерные заявки на участие в тендере не отзывались.
 7. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.
 8. После сопоставления комиссией поданных заявок, было принято решение:
 - **Допустить** заявки потенциальных поставщиков: ТОО «SBK Standard», ТОО «ADICom Ltd».
 - Отклонить заявку потенциального поставщика ТОО «Import MT» и признать несоответствующей на основании п.62 Правил:
 1. Не соответствует объявленной технической спецификации «Электрохирургический блок» который должен иметь 3 отдельных дисплея, в предоставленной технической спецификации указан 1 сенсорный экран.
 2. Не указаны параметры базового блока: размер и вес. Согласно объявленной технической спецификации требуются: Размеры: ширина, не более 305мм, высота, не более 160мм, глубина, не более 388мм. Вес: не более 5.4 кг. Также не указаны параметры выходных форм волн.
 3. Не указаны параметры пластины пациента (нейтральный электрод). Согласно объявленной технической спецификации требуются: двухсекционный, по периметру электрода нанесён гипоаллергенный гель, в центре на электрод нанесён токопроводящий липкий гидрогель. Длина, не менее 4.6 м.
 4. Не указаны параметры электрохирургическая ручка. Согласно объявленной технической спецификации требуются: педальное управление, автоклавируемая.
 5. Не указаны параметры медицинский электрод-шарик. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 75мм.
 6. Не указаны параметры медицинский электрод-петля. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 75мм
 7. Не указаны параметры медицинский электрод-лезвие. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 75мм
 8. Не указаны параметры медицинский электрод-лезвие. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 75мм, изогнутый на 45°.
 9. Не указаны параметры медицинский электрод-игла. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 75мм.
 10. Не указаны параметры медицинский электрод-лезвие. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не менее 200мм.
 11. Не указаны параметры биполярный пинцет. Согласно объявленной технической спецификации требуются: не более Ø1.2мм
 12. Не указаны параметры монополярный пинцет для коагуляции. Согласно объявленной технической спецификации требуются: прямой, многоразовый.
 13. Заявленная транспортная тележка СП1-02-«ФОТЕК» не зарегистрирована в предоставленном регистрационном удостоверении № РК-МТ-5№021057 от 17.09.2020г.
- Аппарат по техническим параметрам не соответствует заявленной технической спецификации.

Параграф 4. №110 приказа

62. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

- 7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;

2. ТОО «SBK STANDARD», Аппарат электрохирургический микропроцессорный SS-501SX, производитель: WEM Equipamentos Eletronicos LTDA, Бразилия, регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017170, дата государственной регистрации: 29.09.2022г., действительно до: Бессрочно. При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиями технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:


Аппарат по техническим параметрам полностью соответствует заявленной технической спецификации.

9. Комиссия согласно с п.64 Главы 2 Правил РЕШИЛА:


1. Признать тендер по лотам №1, №2, №3 несостоявшимися, по причине одной допущенной заявки на каждый лот.


2. В течение 5 (пяти) рабочих дней произвести закуп медицинской техники способом из одного источника, у потенциального поставщика подавшего заявку.


Председатель Комиссии:

 Закарьянова Л.Л.


Члены тендерной комиссии:


 Тунгатова А.Б.

 Ахметова А.С.

 Сагадиев И.Т.


 Узакбаева М.Ж.

 Шамшуали А.Х.

 Тилекбаева Г.Б.

 Карим Е.А.

Секретарь тендерной комиссии

 Шагирова Г.С.